РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА (АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ) № **016/2-251**

Датчик силоизмерительный универсальный ВУ-0,5/0,1		
Инвентарный номер	Заводской №	№ в Госреестре
9163	**23**	**19034-99**

Назначение: измерение силы сжатия или растяжения

Технические характеристики.	Место хранения. Условия эксплуатации
Класс точности: **0,1** Диапазон: **(2,5 - 50) Н**	к. 155; (- 30 … 45) °С в комплекте с CAS С1-2001А (№ 010100452)

Результаты первичной калибровки от 29 февраля 2012 г.

Проверяемая характеристика	Установленное значение	Допускаемое значение
ПП	δпп, %: 0,1	δпп, %: 0,1

Периодичность калибровки: по мере необходимости.

Техническое обслуживание проводится при поверке (калибровке)

Средство измерений пригодно для использования в лаб 251 в соответствии с назначением с характеристиками и в условиях указанных выше.

Ответственный за состояние СИ и ВО _____ Мигаль П.В.

Журнал периодической калибровки и технического обслуживания.

№ свид. (серт.)	Дата проведения	Результат
92-420-233	29/02/12	первичная